

**Аукцион в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку товара: медицинские изделия**

**Техническое задание**

**Лот № 1**

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

№ п/п	Наименование товара	Требования к характеристикам товара (техническим, функциональным и качественным)	Ед. изм.	Кол-во
1	Салфетка антисептическая спиртовая	Размер: не менее 60x100 мм Плотность: не менее 40 г/м <sup>2</sup> Одноразовая – соответствие Стерильная – соответствие Пропитка: не менее 70 % раствор этилового спирта Содержание раствора спирта в каждой салфетке: не менее 1,1 г, Упаковка: индивидуальная, герметичная Индивидуальная упаковка салфетки имеет: – информацию о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании) – маркировочный знак стерилизации Салфетка упакована в многослойный комбинированный материал, не допускающий испарения антисептического раствора – соответствие Вскрытие упаковки не требует ножниц – соответствие	Штука	50 000

**Лот № 2**

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

№ п/п	Наименование продукции	Требования к характеристикам продукции (техническим, функциональным и качественным)	Ед. изм.	Кол-во
1	Игла для акупунктуры	Назначение: для стимуляции периферийных нервов с целью хирургической анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие	Штука	6 000

		<p>Изделие одноразового использования – соответствие</p> <p>Дополнительные характеристики:</p> <p>Диаметр иглы - 0,3 мм</p> <p>Длина рабочей части – не менее 30 мм</p> <p>Игла стальная стерильная, стальная пружинная рукоятка или пружинная рукоятка из меди – соответствие</p> <p>Нетоксичная, апиrogenная – соответствие</p> <p>Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие</p> <p>Без шероховатостей – соответствие</p> <p>Лазерная заточка – соответствие</p>		
2	Игла для акупунктуры	<p>Назначение: для стимуляции периферийных нервов с целью хирургической анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов</p> <p>Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие</p> <p>Изделие одноразового использования – соответствие</p> <p>Дополнительные характеристики:</p> <p>Диаметр иглы - 0,3 мм</p> <p>Длина рабочей части – не менее 15 мм</p> <p>Игла стальная стерильная, стальная пружинная рукоятка или пружинная рукоятка из меди – соответствие</p> <p>Нетоксичная, апиrogenная – соответствие</p> <p>Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие</p> <p>Без шероховатостей – соответствие</p> <p>Лазерная заточка – соответствие</p>	Штука	8 000
3	Игла для акупунктуры	<p>Назначение: для стимуляции периферийных нервов с целью хирургической анестезии, обезболивания и достижения иных терапевтических эффектов</p> <p>Длинный, тонкий остроконечный инструмент – соответствие</p> <p>Изделие одноразового использования – соответствие</p> <p>Дополнительные характеристики:</p> <p>Диаметр иглы - 0,2 мм</p> <p>Длина рабочей части – не менее 8 мм</p> <p>Игла стальная стерильная, стальная пружинная рукоятка или пружинная рукоятка из меди – соответствие</p> <p>Нетоксичная, апиrogenная – соответствие</p> <p>Поверхность иглы идеально гладкая – соответствие</p> <p>Без шероховатостей – соответствие</p> <p>Лазерная заточка – соответствие</p>	Штука	6 000

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

№ п/п	Наименование товара	Требования к характеристикам товара (техническим, функциональным и качественным)	Ед. изм.	Кол-во
1	Маска медицинская одноразовая	<p>Соответствует требованиям ГОСТ Р 58396-2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний»</p> <p>Назначение: для защиты дыхательных путей от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем</p> <p>Плиссированная – соответствие</p> <p>На резинке – соответствие</p> <p>Увеличенная глубина складок маски для удобного расположения на лице – соответствие</p> <p>Носовой фиксатор – наличие</p> <p>Длина носового фиксатора: не менее 8 см</p> <p>Размер: не менее (17 x 9 см)</p> <p>Трехслойная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением – соответствие</li> <li>- фильтрующий элемент (промежуточный слой): мультблаун</li> </ul> <p>Высокая паропроницаемость – соответствие</p> <p>Цвет: по согласованию с Заказчиком.</p>	Штука	30 000

**2. Место поставки:** Россия, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а.

**3. Срок поставки:** Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента подписания договора по 31.12.2022, отдельными партиями на основании заявки Заказчика, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 08:30 часов до 17:00 часов в день поставки. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданному описанию и функциональным и качественным характеристикам.

4.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

- а) сертификат качества, паспорт товара, декларация о соответствии и (или) другие документы, подтверждающим качество товара;
- б) товарно-транспортную накладную, счет-фактуру или УПД.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

#### **5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик гарантирует, что упаковка и маркировка Товара соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, международных договоров и актов.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

#### **6. Требования к гарантийным обязательствам:**

6.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

6.2. В случае обнаружения некачественного Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

Главный врач

Р.Р. Саяхова